

Kod systemowy		Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) *	Metoda badania	Materiał do badania	Stabilność materiału do badania
LEIDEN	Diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln)	10	real-time PCR	krew pełna na EDTA (2-5 ml), probówka morfologiczna, wymaz komórek nabłonka jamy ustnej	stabilność materiału <25°C do 24h; 2-8°C do 5 dni
MGP	Diagnostyka mutacji 20210G>A genu F2 protrombiny (c.*97G>A)	10			
MTHFR2M	Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył / trombofilii - badanie 2 mutacji w genie MTHFR	10			
PAI1-G	Analiza wariantu 4G/5G genu PAI1 (SERPINE1)- diagnostyka nawracających poronień i trombofilii	10			
AZF-ABC	Analiza mikrodelecji w regionach AZFa, AZFb i AZFc chromosomu Y	10	real-time PCR	krew pełna na EDTA (2-5ml), probówka morfologiczna	stabilność materiału <25°C do 24h; 2-8°C do 5 dni
CELDQ28	Genetyczna diagnostyka celiakii - identyfikacja haplotypów HLA DQ2 i DQ8	10	mikromacierz DNA	krew pełna na EDTA (2-5 ml), probówka morfologiczna, wymaz komórek nabłonka jamy ustnej	stabilność materiału <25°C do 24h; 2-8°C do 5 dni
HLA-B27	Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zeszytniającego zapalenia stawów kręgosłupa (i innych spondyloartropatii)	10			
HLA-CW6	Diagnostyka predyspozycji genetycznych do łuszczycy - HLA-Cw6	10			
COVIRNA	SARS-CoV-2- jakościowo	24h	multipleks RT real-time PCR	wymaz z nosogardzieli, wymaz z nosa, wymaz z gardła, popłuczyny oskrzelowe, aspirat tchawiczy, BAL	Podłoże COPAN eNAT: <2-8°C do 48h

*Termin wykonania badania uzależniony od daty dostarczenia materiału do laboratorium.

Niniejszy dokument jest własnością Synevo sp. z o.o. i nie może być zmieniany lub powielany bez zgody uprawnionego wydawcy.

*Termin wykonania badania uzależniony od daty dostarczenia materiału do laboratorium.

** W przypadku wątpliwości np. dotyczących stabilności materiału i/lub rodzaju dedykowanego podłoża wskazany kontakt z laboratorium *Termin wykonania badania uzależniony od daty dostarczenia materiału do laboratorium.

Niniejszy dokument jest własnością Synevo sp. z o.o. i nie może być zmieniany lub powielany bez zgody upra